DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO - POMPEI
Via Parroco Federico n° 83 - ☎ 081/8506209 - telefax 081/8506929
Codice Scuola : NAEE220002 - C.F. 82015230632
e-mail Posta ordinaria: naee220002@istruzione.it
Posta PEC: naee220002@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.pompeisecondocircolo.gov.it
Codice univoco IPA: UFJ5EW

Prot. 1437 / VI.9 Pompei lì, 23/02/2022

A tutto il personale Docente ed ATA -Sito Web-

II C.D. POMPEI

Oggetto: Defibrillatore.

Come già specificato nella riunione sulla sicurezza del 22 febbraio u.s. si ricorda che:

1) i defibrillatori vanno controllati tutti i giorni (spia verde lampeggiante: defibrillatore pronto all'uso; spia spenta, spia rossa, bip acustico: presenza di anomalia);

2) La durata degli elettrodi è di due anni;

3) Gli elettrodi sono monouso;

4) Le batterie hanno una scadenza quadriennale se in condizioni di stand-by. Si ricorda di apporre sulla batteria la data di installazione.

Gli elettrodi e le batterie sostituiti vanno consegnati agli scriventi uffici per l'adeguato smaltimento.

Per quanto riguarda la procedure di sostituzione degli elettrodi/batteria si rinvia al seguente link: https://vimeopro.com/iredeemspa/philips-hs1-guide

Comunicare prontamente eventuali anomalie presentate dal defibrillatore.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Anna Maria CIOFFI)